

ChipChemi化学发光成像系统

出厂检验报告

产品名称		化学发光成像系统	产品型号		ChipChemi
S/N			批号		
生产日期			出厂日期		
标准条目	检验项目	检验标准		检验结果	结论
外观检验	仪器外观	整机与配件无明显划伤、污物、色泽均匀；标识标牌字迹清晰正确；上盖翻转灵活，闭合时磁吸紧密。			
	电源插座安装	电源开关 I/O 方向正确，按动灵活，手感良好。			
	屏幕安装	屏幕内部无灰尘，屏幕无变色。			
性能检验	电源开关检验	打开电源开关，屏幕能正常亮起；电源开关通断 5 次以上，仪器运转正常。			
	显示屏检验	屏幕显示画面和色彩正常、触屏功能正常。			
	软件功能	网口、USB 线连接正常，屏幕上软件各功能按键可正常操作。			
	漏光检验	仪器门正常关闭状态下拍照测试，无漏光现象。			
	拍照检验	灵敏度、图像显示、曝光模式符合要求。			
	呼吸灯检验	呼吸灯颜色变化符合对应仪器状态。			
	仪器老化	机器在老化前后成像效果相同。			
安规检验	接地阻抗	保护导体端子与规定要采用保护连接的每一个可触及零部件之间的阻抗不得超过 0.1 Ω。			
	耐压测试 基本绝缘	AC 1390 V，50 Hz 在 5 s 或 5 s 以内逐渐升高到规定值，使电压不出现明显的跳变，然后保持 5 s，基本绝缘，无击穿。			
	泄漏电流	≤0.5 mA(仪器正常状态)。			
≤3.5 mA (单一故障状态)。					
检验结论：					
检验员/日期				批准/日期	

注：检验结果填写数据或“符合”、“不符合”，结论为“合格”或“不合格”。